



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1 10 03 17955 020

Zertifikatsinhaber: Omicron electronics GmbHOberes Ried 1
6833 Klaus
ÖSTERREICH**Produktions-
stätte(n):** 17955**Prüfzeichen:****Produkt:** Elektronische Meßgeräte**Modell(e):** CMC850**Kenndaten:**
Nennaufnahme: 48VDC
Nennaufnahme: 80W
Schutzklasse: IIIVersorgung durch externes Meanwell Netzteil
Modell GS90A48-P1M**Geprüft nach:** EN 61010-1:2001

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.: 028-71365334-000**Datum,** 2010-03-12
(Erich Thurner)

Seite 1 von 1

