



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

Серія А

№ 005463



**СЕРТИФІКАТ**

**затвердження типу засобів вимірювальної техніки**

№ UA-MI/1-2494-2009

Виданий 23 липня 2009 р.

Цей сертифікат, виданий фірмі OMICRON electronics GmbH, Австрія, засвідчує, що на підставі позитивних результатів державних приймальних випробувань Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики затверджений тип засобу вимірювальної техніки "Вимірювач параметрів трансформаторів струму CT Analyzer", який зареєстровано в Державному реєстрі засобів вимірювальної техніки за номером У2897-09.

Контроль метрологічних характеристик вимірювачів параметрів трансформаторів струму CT Analyzer під час випуску з виробництва здійснює метрологічна служба фірми-виробника, акредитована національною метрологічною службою Австрії.

Міжповірочний інтервал, установлений під час затвердження типу вимірювачів, – не більше одного року, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік.

*Заступник Голови*



*С.Т. Черепков*